

## Anexo de especificaciones técnicas

Tubo de oxígeno medicinal completo:

- Capacidad 3 m<sup>3</sup>, nuevo, sin uso  
Cuerpo blanco con cruz verde pintada en la ojiva, bajo norma IRAM 2526, con marca, tapa tulipa, presión de prueba, presión de trabajo, fecha de fabricación (preferentemente del año en curso) y sello IRAM estampados.
- Manómetro de alta y regulador caudalímetro de uso medicinal, graduado hasta por lo menos 15 lts./min. para tubo de oxígeno, de color blanco. Frasco humidificador, esterilizable por autoclave. Máscara adulto y pediátrica para nebulizar (con pipeta nebulizadora), con manguera de 2 mts de látex reforzado de 5/8". La oferta deberá incluir una descripción técnica, especificando el material con el que están contruidos regulador y frasco.

### Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento.

El adjudicatario deberá:

- Entregar el equipo en el Ministerio de Salud.  
Presentar copia autenticada del Certificado de conformidad con Norma IRAM 2526, y el anexo del ensayo hidrostático, según número de serie del tubo.

MINISTERIO DE SALUD  
SECRETARÍA DE ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  
Buenos Aires, Argentina