

Anexo de especificaciones técnicas

Renglón 1: Diapason

- 128 Hz
- Con tambor Alloy
- Construido en aluminio

Renglón 2: Linterna lapicera de uso médico

- Cuerpo de aluminio
- Lámpara tipo led
- Provista con batería recargable y cargador o con pilas
- Clip para bolsillo

Renglón 3: Martillo para reflejos

- Construido en acero inoxidable

Renglón 4: Tensiómetro aneroide

- Manómetro hasta 300 mmHg.
- Manguito inflable con brazalete.
- Válvulas metálicas.
- Estetoscopio doble campana
- Con estuche de transporte, con cierre y de material lavable.

Renglón 5: Cinta antropométrica

- Para medición perímetro abdominal
- Flexible
- Inextensible
- Graduada en cm y mm
- Longitud mínima: 1,5 mts

- Indicación índice masa corporal
- Con freno

Renglón 6: Oxímetro de Pulso tipo Dedal

- Apto para pacientes pediátricos y adultos
- Rango SaO₂ 0 a 100%
- Rango frecuencia pulso: 30 a 200 ppm.
- Display
- Apagado Automático.
- Alimentación a batería
- Indicador de Batería Baja.
- Sensor reutilizable
- Se deberá entregar con batería/s.

Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.
- Adjuntar descripción técnica completa en castellano.
- Presentar la inscripción en ANMAT de cada equipo, según corresponda
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.

El adjudicatario deberá:

- Entregar los equipos en la oficina de Coordinación de Enfermedades Crónicas no transmisibles, programa de diabetes, sita en Belgrano 29, Paraná, en días hábiles de 7:30 a 12:30 hs.