

**ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO
1	50	Llaves llena vasos 1/4 1/4 mas acople rápido 3/16 a 1/4 para Salivadera D.E.
2	30	Contrangulo para Micromotor montado sobre rulemanes, sacafresas con accionamiento a través de palanca con traba, refrigeración externa, sistema de encastre Intra, transmisión 1:1
3	20	Micromotor neumático sistema acople Intra con refrigeración externa, velocidad de 5.000 a 25.000 r.p.m aprox. Acople borden de 2 vías para agua y aire , marcha y contramarcha, esterilizable en autoclave

- **Lugar de Entrega:** Depósito de Odontología del Ministerio de Salud, ubicado en calle 25 de mayo 139 – Planta Baja, Paraná – Entre Ríos Tel: 0343-4209613, en días hábiles administrativos de 07:30 a 12:30 horas. El domicilio citado para la entrega podrá ser modificado si las necesidades de depósito así lo requieren. Ello será comunicado fehacientemente por la repartición destinataria al proveedor antes de la entrega correspondiente.-

**DIRECCION DE ODONTOLOGIA  
MINISTERIO DE SALUD**



**D. ADALBERTO GUILLERMO BRUGO**  
Director de Odontología  
Ministerio de Salud - Entre Ríos