

Anexo de especificaciones técnicas

Monofilamento de Semmens Weinstein 5.07

- Sonda monofilamento de 10 g para exploración sensorial. (Test de West)
- Calibrado para ejercer una fuerza de 10 ± 2 g cuando se arquea al aplicarlo sobre la superficie de la piel.
- Empuñadura de ABS.
- Pieza articulada de polietileno de baja densidad.
- Estuche con cierre

Linterna lapicera de uso médico

- Cuerpo de metal
- Lámpara tipo led
- Provista con batería.
- Clip para bolsillo

Diapason

- 128 Hz
- Con tambor Alloy
- Construido en aluminio

Martillo de reflejos neurológicos

- Mango metálico, doble cabeza con goma
- Aguja
- Cepillo

Estetoscopio tipo Littmann

- Doble campana, aro antifrío

- Para adultos.
- Arco auricular ajustable cromado.
- Olivas de silicona.
- Con estuche con cierre, de material lavable.


Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.
- Adjuntar descripción técnica completa en castellano.
- Presentar la inscripción en ANMAT según corresponda
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.

El adjudicatario deberá:

- Entregar los equipos en la oficina de Coordinación de Programas, sita en Belgrano 29, Paraná, en días hábiles de 7:30 a 12:30 hs.



MÓNICA B. BAROLI
Bioingeniera Mat. 41089 (Cieer)
Jefe Div. Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R