

Especificaciones técnicas

Potter bucky mural fijo

- Desplazamiento vertical contrapesado, con freno
- Bandeja portachasis autocentrante de acero inoxidable para chasis de 13x18 hasta 43x35 cm.
- Parrilla antidifusora con grilla fija o movimiento oscilante continuo automático, de relación 12:1, distancia focal 1,50 m.
- Compatible con equipo existente marca GBA modelo 300E, n° serie 104UGG83

Requerimientos generales

El oferente deberá:


- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características técnicas
- Presentar la inscripción en ANMAT de cada equipo completo
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.
- Adjuntar por lo menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico en castellano. En caso de considerarse necesario se le solicitará el manual correspondiente para una correcta evaluación técnica.
- Garantizar la provisión de repuestos críticos durante un período mínimo de 5 años.
- Especificar con nombre, domicilio y teléfono el servicio técnico calificado (Ingeniero, Bioingeniero y/o Técnico especializado) en la zona que garantice su respuesta en un plazo inferior a 48 hs. El servicio técnico deberá acreditar una experiencia mínima

de 2 años en mantenimiento de equipos similares, extendida por el fabricante o importador.

El adjudicatario deberá:

- Entregar el equipo instalado y funcionando, en presencia del jefe del servicio de radiología y de personal propuesto por el Departamento Bioingeniería.
- Entregar 2 juegos de manual de uso y manual técnico completo, en castellano.


MÓNICA B. BAROLI
Bioingeniera Mat. 47089 (Cieer)
Jefe Div. Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.


G. F. BELLMANN
Bioingeniero Mat. 49899 (Cieer)
Jefe Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.