

Anexo de especificaciones técnicas

Transductor lineal

- Electrónico, de banda ancha, convex modelo 3C5P multifrecuencia (2,5; 3,5 y 5 Mhz)
- Compatible con ecógrafo Mindray Z6.


Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar características técnicas en castellano.
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.
- Garantizar la provisión de repuestos críticos durante un período mínimo de 5 años.
- Presentar original o copia autenticada de nota del fabricante y/o importador que lo autoricen a ofertar, instalar y brindar servicio técnico y provisión de repuestos de los equipos que componen el sistema.

El adjudicatario deberá:

- Entregar en el hospital, instalado y funcionando en el ecógrafo existente.



MÓNICA B. BAROLI
Bioingeniera Mat. 41089 (Cieer)
Jefe Div. Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.



JORGE F. BELLMANN
Bioingeniero Mat. 40899 (Cieer)
Jefe Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.