

## Anexo de especificaciones técnicas

### Monofilamento de Semmens Weinstein 5.07

- Sonda monofilamento de 10 g para exploración sensorial. (Test de West)
- Calibrado para ejercer una fuerza de  $10 \pm 2$  g cuando se arquea al aplicarlo sobre la superficie de la piel.
- Empuñadura de ABS.
- Pieza articulada de polietileno de baja densidad.
- Estuche con cierre

### Diapason

- 128 Hz
- Con tambor Alloy
- Construido en aluminio


### Martillo de reflejos neurológicos

- Mango metálico, doble cabeza con goma
- Aguja
- Cepillo

### Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.
- Adjuntar descripción técnica completa en castellano.
- Presentar la inscripción en ANMAT según corresponda
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.



El adjudicatario deberá:

- Entregar los equipos en la oficina de Programa Provincial de Diabetes, sita en Belgrano 29, Paraná, en días hábiles de 7:30 a 12:30 hs.

  
**MONICA B. BAROLI**  
Bioingeniera Mat. 41089 (Cieer)  
D. Ingeniería Clínica  
Instituto de Bioingeniería  
Ministerio de Salud de E.R.