

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASCompresor para uso en odontología

- Potencia del motor de 1.5 hp a 2 hp aprox.
- Cabezal seco.
- Bajo nivel sonoro.
- Libre de aceite.
- Capacidad del tanque de 40 a 60 lts. aprox.
- Regulador de presión y manómetro incorporado.
- Filtro.
- Válvula de expurgue.
- Alimentación 220v/ 50 Hz conexión a tierra.

Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Marca y/o folleto ilustrativo: Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.
- Garantía de Oferta: Plazo de cobertura de la misma, el cual deberá ser como mínimo de 12 meses, contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de recepción definitiva.
- Repuestos: Se deberá garantizar por escrito la provisión permanente de los repuestos críticos y accesorios necesarios para el uso correcto del equipamiento una vez vencida la garantía, por un periodo mínimo de 5 años.-
- Certificación: En caso de corresponder el oferente deberá presentar numero de Certificación del Equipamiento ante A.N.M.A.T
- Lugar de Entrega: Ministerio de Salud - Dirección de Odontología. 25 de mayo 139 de 7 a 13hs.



