

Anexo características técnicas

Potter Bucky Mural Fijo

Compatible con equipo de radiología, fijo, marca Rems, modelo 300 de 1 puesto.

- Desplazamiento vertical contrapesado
- Freno electromecánico
- Bandeja portachasis autocentrante de acero inoxidable para chasis de 13x18 hasta 43x35 cm.
- Accesorio desmontable para efectuar radiografías sin parrilla.
- Parrilla antidifusora con grilla fija o movimiento oscilante continuo automático, de relación 12:1 o mejor, distancia focal 1,50 m.

Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Presentar autorización, original o copia autenticada, del fabricante y/o importador para ofertar, instalar, capacitar, brindar soporte técnico y provisión de repuestos.
- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características técnicas
- Presentar la inscripción en ANMAT
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.

El adjudicatario deberá:

- Entregar el equipo instalado y funcionando, en presencia del jefe del servicio de radiología y de personal propuesto por el Departamento Bioingeniería, con quién se deberá acordar la entrega con 5 días hábiles de anticipación.



[Signature]
GE F. BELLMANN
 Bioingeniero Mat. 40699 (Cieer)
 Jefe Departamento Bioingeniería
 Ministerio de Salud de E.R.

[Signature]
MINISTRO DE SALUD
 Jefe División de Radiología
 Departamento de Radiología