

1380



ER

MINISTERIO DE
SALUD
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

Expediente Nº 3.015.725

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reglón Nº 01: Enzimoimmunoensayo para la detección de anticuerpos IgM Anti-Dengue – Kit por 96 determinaciones;


Reglón Nº 02: Enzimoimmunoensayo para la detección de anticuerpos NS1 Dengue – Kit por 96 determinaciones;

Reglón Nº 03: Inmunoensayo cromatográfico para la detección de Antígeno NS1 y Anticuerpos IgM e IgG anti-Dengue – kit por 25 determinaciones

Requerimientos generales

Reglones Nº 1 y 2: la fecha de vencimiento de los mismos **no podrá ser inferior a 12 meses** al momento de la entrega. Deben ser transportados y conservados en cadena de frío a una temperatura de **entre 2 y 8 grados**.

Reglones Nº 3: la fecha de vencimiento de los mismos **no podrá ser inferior a 12 meses** al momento de la entrega. Deben ser transportados y conservados a **temperatura ambiente**.-



DR. DIEGO GARCILAZO
Director General de Epidemiología
Ministerio de Salud
Provincia de Entre Ríos

